

	点検箇所	点検内容	判定	結果
冷却水循環装置 低温恒温水槽	冷却温度	設定温度まで冷えるか	設定温度()°C	
			周囲温度	
	冷却水循環水槽	冷却コイルの状態確認	腐食・錆付き	
			ピンホール	
		循環水の状態確認	油が浮いていないか	
			凍っていないか	
	熱交換器	熱交換器の状態確認	腐食・錆付き	
			ゴミの詰まり	
			フィルターの汚れ	
	周囲外観	製品周囲の状態確認	外観の腐食・錆付き	
機器の異音・異常振動				
低温恒温器 インキュベーター	冷却温度	設定温度まで冷えるか	設定温度()°C	
			周囲温度	
	観察窓	冷却器の状態確認	着霜状態	
			トラップ部の腐食・錆付き	
	熱交換器	熱交換器の状態確認	腐食・錆付き	
			ゴミの詰まり	
			フィルターの汚れ	
	周囲外観	製品周囲の状態確認	外観の腐食・錆付き	
			機器の異音・異常振動	